



ВНИИМС

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
**ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ**

119361 Россия, Москва, Г-361,
ул. Озерная, 46

Тел.: (095) 437-5577, 437-9979 Факс: (095) 437-5666
E-mail: Office.VNIIMS@g23.relcom.ru

от 18.06.2003 г. № 208-14/1- *149*
на № _____

Главному инженеру
ОАО "Ставропольский
радиозавод "Сигнал"
А.И. Белевцеву

355037, г. . Ставрополь,
2-й Юго-Западный поезд, 9а

[По результатам НТК
о МПИ счетчиков СЭА-11]

СКБ Вх. № 215


На Ваш запрос сообщаем, что в соответствии с Протоколом № 7 заседания НТК по метрологии и измерительной технике Госстандарта России от 24 июня 2003 года п. 185 межповерочный интервал счетчиков электрической энергии СЭА11 класса точности 2,0 (Госреестр № 22986-02) производства ОАО "Ставропольский радиозавод "Сигнал", г. Ставрополь, установлен равным 16 годам, и средняя наработка до отказа установлена 140000 часов.

Приложение: копия протокола НТК - 1экз.

Зам. директора


В.Н. Яншин

Исп. В.В. Новиков
Тел. 437-33-22



**Протокол
заседания Научно-технической комиссии по
метрологии и измерительной технике**

СЛУШАЛИ:

Результаты ускоренных испытаний на надежность для определения межповерочного интервала счетчиков электрической энергии СЭА11 (Госреестр № 22986-02), производства ОАО "Ставропольский радиозавод "Сигнал", г. Ставрополь.

ДОКЛАДЧИК:

Вадим Владимирович Новиков (ГЦИ СИ ВНИИМС)

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Увеличить межповерочный интервал для счетчиков электрической энергии СЭА11 (Госреестр № 22986-02), производства ОАО "Ставропольский радиозавод "Сигнал", г. Ставрополь, до 16 лет, и среднюю наработку до отказа до 140000 часов.

2. Изготовителю внести соответствующие изменения в паспорт и методику поверки.

3. ВНИИМС внести изменения в части межповерочного интервала и средней наработки до отказа в описание типа для Госреестра.

Начальник отдела ФГУП "ВНИИМС"



Б.М. Беляев