

119361, Москва, ул.Озерная, 46

Тел.: (095) 437 5577
E-mail: Office@vniims.ru

Факс: (095) 437 5666
Office.vniims@g23.relcom.ru
<http://www.vniims.ru>

23.05.2006 г. № 206.2-12-38

На № _____

По результатам НТК
о МПИ счетчиков электри-
ческой энергии СЭАЗ

Генеральному директору
ОАО «Ставропольский
радиозавод «Сигнал»
А.И.Логвинову

355037, г. Ставрополь,
2-ой Юго-Западный проезд, 9А.

На Ваш запрос сообщаем, что в соответствии с Протоколом № 7 заседания научно-технической комиссии по метрологии и измерительной технике Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «11» мая 2006 года п. 19 межповерочный интервал счетчиков электрической энергии СЭАЗ класса точности 1,0 и 2,0 (Госреестр № 18264-05) производства ОАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал», г. Ставрополь, установлен равным 16 годам, и средняя наработка до отказа установлена 140000 часов.

Зам. директора

В.Н. Яншин

Протокол
заседания Научно-технической комиссии по
метрологии и измерительной технике

- СЛУШАЛИ: Результаты ускоренных испытаний на надежность для определения межповерочного интервала счетчиков электрической энергии СЭАЗ (Госреестр № 18264-05), изготавливаемые ОАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал», г. Ставрополь.
- ДОКЛАДЧИК: Вадим Владимирович Новиков (ГЦИ СИ ВНИИМС)
- ПОСТАНОВИЛИ:
1. Увеличить межповерочный интервал для счетчиков электрической энергии СЭАЗ (Госреестр № 18264-05), изготавливаемые ОАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал», г. Ставрополь до 16 лет.
 2. ОАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал», г. Ставрополь внести соответствующие изменения в паспорт и методику поверки.
 3. ФГУП «ВНИИМС» внести изменения в части межповерочного интервала и средней наработки до отказа в описание типа для Госреестра.

Начальник отдела ФГУП «ВНИИМС»



И.В. Осока